# Instrução de Uso

## Lâminas Cirúrgicas De Soutter

**Legendas dos símbolos utilizados nas embalagens**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Número de Referencia | | Código do Lote |
| | Data de Fabricação | | Consultar as Instruções para Utilização |
| | Não Reutilizar | | Não Utilizar se a Embalagem Estiver Danificada |
| | Esterilizado Utilizando Irradiação | | Manter Afastado de Luz Solar |
| | Frágil, Manusear com Cuidado | | Validade |
| | Manter Seco | | Limite de superior de temperatura |

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Lâminas Descartáveis

**Nome Comercial:** Lâminas Cirúrgicas De Soutter

**Matéria Prima:** Aço Inoxidável ISO 7153-1

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Radiação Gama

**Validade:** 5 anos

### Descrição

As lâminas de serra são utilizadas conectadas aos seguintes motores cirurgicos: Serra Sagital, Mini Serra Sagital, Serra Oscilante, Serra Reciprocante e Serra de Esterno, que proporcionam o movimento necessário para a lâmina de serra realizar o corte do osso.

### Composição

As Lâminas Cirúrgicas De Soutter são fabricadas a partir de aço inoxidável de acordo com a norma ISO 7153-1 (B, D, H, N), ideais para a fabricação do produto por apresentar resistência à corrosão e resistência mecânica compatível com os esforços mecânicos solicitados durante sua utilização.

### Indicação e finalidade

As lâminas de serra são de uso único e utilizadas em ambiente cirúrgico, em cirurgias ortopédicas com a finalidade de serrar o osso.

Contraindicações

É contraindicada a utilização das lâminas com equipamentos de outros fabricantes, sob risco de incompatibilidade dimensional e incongruência entre as partes.

O produto aqui descrito foi desenvolvido para utilização conforme as indicações descritas acima, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico.

**Formas de Apresentação**

As lâminas da família de Lâminas Cirúrgicas De Soutter são fornecidas na condição de produto estéril, embaladas individualmente em duplo sistema de embalagem composto por embalagem primária composta de bolsa em PA/PE e PA/CPT PerfectFlex ICE; e embalagem secundária composta de bolsa de PE Tyvek e PET/PE.

Os produtos são comercializados dentro de uma cartonagem de papel cartão, onde são inseridos 05 produtos embalados individualmente.

Cada cartonagem contém 05 lâminas.

Sobre a embalagem do produto, é colado um rótulo contendo as informações necessárias para a identificação do produto.

Forma de Apresentação

| Código | Descrição |
|---|---|
| S22-058 | Lâmina de Serra Reciprocante – Hall Standard 11 x 89 x 1,0 mm |
| S22-059 | Lâmina de Serra Reciprocante – Hall Standard 8 x 54 x 1,0 mm |
| S22-060 | Lâmina de Serra Reciprocante – Hall Standard 9 x 38 x 0,60 mm |
| S22-061 | Lâmina de Serra Reciprocante – Hall Standard 11 x 89 x 1,70 mm |
| S22-063 | Lâmina de Serra Reciprocante – Hall Standard 8 x 54 x 1,70 mm |
| S22-273 | Lâmina de Serra Reciprocante – Hall Standard 12 x 73 x 1,00 mm |
| S22-275 | Lâmina de Serra Reciprocante – Hall Standard 12 x 80 x 1,27 mm |
| S22-364 | Lâmina de Serra Reciprocante – Hall Standard 10 x 76 x 1,20 mm |
| S80-100 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 87 x 1,0 mm |
| S80-101 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 87 x 1,27 mm |
| S80-102 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 70 x 1,0 mm |
| S80-103 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 60 x 0,80 mm |
| S80-104 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 87 x 1,0 mm |
| S80-105 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 33 x 87 x 1,27 mm |
| S80-106 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 87 x 1,27 mm |
| S80-109 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 12 x 12 x 0,80 mm |
| S80-114 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 13 x 90 x 1,0 mm |
| S80-115 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 87 x 1,27 mm |
| S80-116 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 9,5 x 70 x 1,27 mm |
| S80-130 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Angulada 9 x 12 x 1,5 mm |
| S80-200 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 0,97 mm |
| S80-206 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 1,27 mm |
| S80-207 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 1,47 mm |
| S80-208 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 1,47 mm |
| S80-209 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 1,47 mm |
| S80-256 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 33 x 65 x 0,95 mm |
| S80-300 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 52 x 0,75 mm |
| S80-301 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 52 x 0,75 mm |
| S80-302 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 52 x 0,81 mm |
| S80-303 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 20 x 52 x 0,81 mm |
| S80-304 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 30 x 52 x 0,81 mm |
| S80-305 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 68 x 0,81 mm |
| S80-306 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Sandard 30 x 68 x 0,81 mm |
| S81-101 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Sagital 64 x 23 x 1,0 mm |
| S81-102 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Sagital 76 x 29 x 1,0 mm |
| S81-105 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Sagital 64 x 23 x 1,0 mm |
| S81-106 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Sagital 50 x 13,5 x 1,0 mm |
| S81-107 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Sagital 24 x 20 x 0,9 mm |
| S81-200 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Sagital 104 x 45 x 0,9 mm |
| S81-201 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Sagital 64 x 20 x 0,9 mm |
| S81-202 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Sagital 100 x 39 x 0,9 mm |
| S82-100 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 12 x 40 x 0,9 mm |
| S82-101 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 25 x 40 x 0,9 mm |
| S82-102 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 37 x 40 x 0,9 mm |
| S82-103 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 12 x 65 x 1,2 mm |
| S82-104 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 25 x 70 x 1,2 mm |
| S82-105 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 50 x 70 x 1,2 mm |
| S82-106 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 25 x 95 x 1,0 mm |
| S82-107 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 31 x 95 x 1,4 mm |
| S83-101 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 25 x 0,7 mm |

| | |
|---|---|
| S83-102 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 15 x 0,7 mm |
| S83-103 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 25 x 0,7 mm |
| S83-104 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 15 x 0,7 mm |
| S83-105 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 18 x 0,7 mm |
| S83-106 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 25 x 0,7 mm |
| S83-107 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 48 x 0,7 mm |
| S83-108 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 25 x 0,7 mm |
| S83-109 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 48 x 0,7 mm |
| S83-110 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 10 x 38 x 0,7 mm |
| S83-111 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 10 x 10 x 0,7 mm |
| S83-113 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 10 x 20 x 0,7 mm |
| S83-151 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 25 x 1,0 mm |
| S83-152 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 15 x 1,0 mm |
| S83-153 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 25 x 1,0 mm |
| S83-154 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 15 x 1,0 mm |
| S83-155 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 18 x 1,0 mm |
| S83-156 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 30 x 1,0 mm |
| S84-100 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Guarda Standard 6,5 x 35 x 1,1 mm |
| S84-101 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Guarda Standard 6,5 x 35 x 1,1 mm |
| S84-102 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Guarda Standard 6,5 x 35 x 1,2 mm |
| S84-200 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Guarda Longa 6,5 x 54 x 1,1 mm |
| S84-201 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Guarda Longa 6,5 x 54 x 1,1 mm |
| S84-202 | Lâmina de Serra de Esterno De Soutter Guarda Longa 6,5 x 54 x 1,2 mm |
| S85-100 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard  10 x 23 x 0,7 mm |
| S85-101 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 22 x 0,7 mm |
| S85-102 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6 x 16 x 0,7 mm |
| S85-103 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6 x 22 x 0,7 mm |
| S85-104 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 16 x 0,7 mm |
| S85-105 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 4 x 25 x 0,7 mm |
| S85-106 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 22 x 0,7 mm |
| S85-107 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 46 x 0,7 mm |
| S85-108 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 22 x 0,7 mm |
| S85-109 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 46 x 0,7 mm |
| S85-110 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 35 x 0,7 mm |
| S85-111 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 10 x 10 x 0,7 mm |
| S85-112 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 10 x 25 x 0,7 mm |
| S85-115 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 7 x 23 x 0,43 mm |
| S85-118 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 9,5 x 25 x 0,6 mm |
| S85-125 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 9 x 23 x 0,43 mm |
| S85-150 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 25 x 1,0 mm |
| S85-151 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 10 x 25 x 1,0 mm |
| S85-152 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6 x 16 x 1,0 mm |
| S85-153 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6 x 22 x 1,0 mm |
| S85-154 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 25 x 1,0 mm |
| S85-156 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 22 x 1,0 mm |
| S85-157 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 46 x 0,9 mm |
| S85-158 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 22 x 0,9 mm |
| S85-159 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 46 x 0,9 mm |
| S85-160 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 35 x 0,9 mm |
| S85-161 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 10 x 25 x 1,0 mm |
| S85-162 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6 x 30 x 1,0 mm |
| S85-163 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 46 x 1,0 mm |
| S85-180 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Angulada 10 x 25 x 0,7 mm |
| S85-200 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 10 x 10-20 x 0,8 mm |
| S86-100 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 7 x 18 x 0,4 mm |
| S86-101 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 4 x 13 x 0,4 mm |
| S86-102 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 13 x 0,4 mm |
| S86-103 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 18 x 0,4 mm |
| S86-104 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 28 x 0,4 mm |
| S86-105 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6 x 13 x 0,4 mm |
| S86-150 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 7 x 18 x 0,65 mm |
| S86-151 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 4 x 13 x 0,65 mm |
| S86-152 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 13 x 0,65 mm |
| S86-153 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 18 x 0,65 mm |
| S86-154 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 28 x 0,65 mm |
| S86-155 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 18 x 0,65 mm |
| S86-156 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6 x 28 x 0,65 mm |

| | |
|---|---|
| S86-157 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 8 x 28 x 0,65 mm |
| S86-158 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 8 x 34 x 0,65 mm |
| S87-050 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 14 x 60 x 0,6 mm |
| S87-100 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 85 x 1,0 mm |
| S87-101 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 85 x 1,27 mm |
| S87-102 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 70 x 1,0 mm |
| S87-103 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 60 x 0,8 mm |
| S87-104 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 85 x 1,0 mm |
| S87-105 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 31 x 85 x 1,27 mm |
| S87-107 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 25 x 95 x 1,27 mm |
| S87-108 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 20 x 55 x 0,75 mm |
| S87-109 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 12 x 30 x 0,8 mm |
| S87-110 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 9 x 35 x 0,8 mm |
| S87-111 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 9 x 10 x 0,8 mm |
| S87-112 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 50 x 65 x 0,8 mm |
| S87-113 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 50 x 65 x 0,8 mm |
| S87-118 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 50 x 23 x 0,9 mm |
| S87-119 | Lâmina de Esterno De Soutter Sagital 63 x 23 x 0,9 mm |
| S87-120 | Lâmina de Esterno para Serra Sagital De Soutter 82 x 35 x 1,0 mm |
| S87-121 | Lâmina de Esterno para Serra Sagital De Soutter 82 x 35 x 1,0 mm |
| S87-130 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Angulada 13 x 9 x 1,5 mm |
| S87-134 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 9 x 41 x 0,6 mm |
| S87-200 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 0,97 mm |
| S87-206 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 1,27 mm |
| S87-207 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 1,27 mm |
| S87-209 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 90 x 1,47 mm |
| S87-219 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 60 x 0,9 mm |
| S87-228 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 25 x 95 x 0,90 mm |
| S87-256 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Oposta 33 x 65 x 0,95 mm |
| S87-323 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Weblite 19 x 90 x 1,27 mm |
| S87-325 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Weblite 25 x 90 x 1,0 mm |
| S87-326 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Weblite 25 x 90 x 1,27 mm |
| S87-327 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Weblite 25 x 90 x 1,37 mm |
| S87-328 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Weblite 25 x 90 x 1,47 mm |
| S87-411 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Twin Tooth 11 x 95 x 1,27 mm |
| S87-413 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Twin Tooth 18 x 95 x 1,27 mm |
| S87-416 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Twin Tooth 25 x 95 x 1,27 mm |
| S87-423 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Twin Tooth 18 x 95 x 1,27 mm |
| S87-426 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Twin Tooth 25 x 95 x 1,27 mm |
| S87-433 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Twin Tooth 18 x 95 x 1,0 mm |
| S87-436 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Twin Tooth 25 x 95 x 1,0 mm |
| S87-451 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Twin Tooth 11 x 85 x 1,0 mm |
| S87-500 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Primática 10 x 70 x 1,27 mm |
| S87-501 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 85 x 1,27 mm |
| S87-502 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 70 x 1,27 mm |
| S87-503 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 85 x 1,27 mm |
| S87-505 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 90 x 1,37 mm |
| S87-506 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 85 x 1,27 mm |
| S87-508 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 31 x 85 x 1,27 mm |
| S87-510 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 95 x 0,9 mm |
| S87-511 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 95 x 1,27 mm |
| S87-512 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 50 x 65 x 0,6 mm |
| S87-513 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 95 x 1,27 mm |
| S87-515 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 95 x 1,19 mm |
| S87-516 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 95 x 1,27 mm |
| S87-518 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 31 x 95 x 1,27 mm |
| S87-521 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 95 x 1,19 mm |
| S87-522 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 95 x 1,19 mm |
| S87-523 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 95 x 1,27 mm |
| S87-525 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 95 x 1,27 mm |
| S87-526 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 95 x 1,27 mm |
| S87-527 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 95 x 1,37 mm |
| S87-528 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 95 x 1,47 mm |
| S87-533 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 95 x 1,0 mm |
| S87-536 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 95 x 1,0 mm |
| S87-538 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 31 x 95 x 1,37 mm |
| S87-543 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 95 x 1,47 mm |

| | |
|---|---|
| S87-545 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 75 x 1,27 mm |
| S87-547 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 75 x 1,47 mm |
| S87-548 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 85 x 1,37 mm |
| S87-549 | Lâmina Sagital De Soutter Prismática 25 x 95 x 1,27 mm |
| S87-551 | Lâmina Sagital De Soutter Prismática 13 x 85 x 0,97 mm |
| S87-553 | Lâmina Sagital De Soutter Prismática 19 x 85 x 0,97 mm |
| S87-556 | Lâmina Sagital De Soutter Prismática 25 x 85 x 0,97 mm |
| S87-561 | Lâmina Sagital De Soutter Prismática 13 x 85 x 0,9 mm |
| S87-563 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 110 x 1,37 mm |
| S87-585 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 115 x 1,27 mm |
| S87-595 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 110 x 1,27 mm |
| S87-600 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Grosa 20 x 75 x 1,25 mm |
| S88-100 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 25 x 0,6 mm |
| S88-101 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 22 x 0,6 mm |
| S88-102 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 16 x 0,6 mm |
| S88-103 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 22 x 0,6 mm |
| S88-104 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 16 x 0,6 mm |
| S88-105 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 27 x 0,6 mm |
| S88-106 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 22 x 0,6 mm |
| S88-107 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 46 x 0,6 mm |
| S88-108 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 22 x 0,6 mm |
| S88-109 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 46 x 0,6 mm |
| S88-110 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 35 x 0,6 mm |
| S88-111 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 10 x 10 x 0,6 mm |
| S88-113 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter ACL 10 x 20 x 0,6 mm |
| S88-114 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 3 x 28 x 0,6 mm |
| S88-115 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 3 x 20 x 0,6 mm |
| S88-150 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 25 x 1,0 mm |
| S88-151 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 25 x 0,8 mm |
| S88-152 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 16 x 1,0 mm |
| S88-153 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 6,4 x 22 x 1,0 mm |
| S88-154 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 16 x 1,0 mm |
| S88-156 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 22 x 1,0 mm |
| S88-157 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 19 x 46 x 1,0 mm |
| S88-158 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 22 x 1,0 mm |
| S88-159 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 46 x 1,0 mm |
| S88-160 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 10 x 35 x 1,0 mm |
| S88-162 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Standard 15 x 55 x 1,0 mm |
| S88-180 | Lâmina de Serra Sagital De Soutter Angulada 14 x 15 x 1,0 mm |
| S92-120 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 4 x 17 x 0,51 mm |
| S92-121 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 7 x 21 x 0,51 mm |
| S92-122 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 8 x 5 x 0,51 mm |
| S92-123 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 10 x 9 x 0,51 mm |
| S92-124 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 12 x 14 x 0,51 mm |
| S92-125 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 12 x 21 x 0,51 mm |
| S92-126 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 12 x 30 x 0,51 mm |
| S92-127 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 45º Offset 4 x 15 x 0,51 mm |
| S92-128 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 45º Offset 7,5 x 15 x 0,51 mm |
| S92-130 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Angulada 15º 8 x 4,5 x 0,51 mm |
| S92-131 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Angulada 70º 7 x 4 x 0,51 mm |
| S92-132 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Angulada 70º 13 x 12 x 0,51 mm |
| S92-133 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 5,5 x 11 x 0,51 mm |
| S92-134 | Lâmina Sagital para Serra Oscilante De Soutter Micro 6 x 28 x 0,51 mm |
| S92-137 | Lâmina Crescentic para Serra Oscilante De Soutter Micro 9 x 12 x 0,51 |
| S92-138 | Lâmina Crescentic para Serra Oscilante De Soutter Micro 13,5 x 25 x 0,51 mm |
| S92-139 | Lâmina Crescentic para Serra Oscilante De Soutter Micro 27 x 30 x 0,51 mm |
| S92-140 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 10 x 12 x 0,66 mm |
| S92-141 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 6 x 10 x 0,66 mm |
| S92-145 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 8 x 25 x 0,66 mm |
| S92-148 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 9 x 40 x 0,66 mm |
| S92-151 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 6 x 15 x 0,66 mm |
| S92-152 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 6 x 32 x 0,66 mm |
| S92-154 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 9 x 26 x 0,66 mm |
| S92-156 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 6 x 17 x 0,66 mm |
| S92-157 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 8 x 7 x 0,81 mm |
| S92-158 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 5 x 16 x 0,94 mm |
| S92-159 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 7 x 25 x 0,94 mm |

| | |
|---|---|
| S92-160 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Micro 7 x 25 x 0,94 mm |
| S92-163 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Grosa 5,5 x 12 x 3,0 mm (straight cut rasp) |
| S92-164 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Grosa 5,5 x 12 x 3,0 mm (cross cut rasp) |
| S92-165 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Grosa 7 x 14 x 3,0 mm (cross cut rasp) |
| S92-168 | Lâmina para Serra Reciprocante De Soutter Grosa 7 mm (straight cut rasp) |
| S92-220 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 4 x 17 x 0,66 mm |
| S92-221 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 7 x 21 x 0,66 mm |
| S92-222 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 8 x 5 x 0,66 mm |
| S92-223 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 10 x 9 x 0,66 mm |
| S92-224 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 14 x 12 x 0,66 mm |
| S92-225 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 12 x 21 x 0,66 mm |
| S92-226 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 12 x 30 x 0,66 mm |
| S92-227 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 4 x 15 x 0,66 mm |
| S92-228 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 7,5 x 15 x 0,66 mm |
| S92-229 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 8 x 21 x 0,66 mm |
| S92-234 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 6 x 28 x 0,66 mm |
| S92-235 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 8,5 x 27 x 0,66 mm |
| S92-236 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 8 x 32 x 0,66 mm |
| S92-263 | Lâmina para Serra Oscilante De Soutter Micro 10 x 18,5 x 0,66 mm |
| S99-001 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 31 x 95 x 1,27 mm |
| S99-002 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 95 x 1,27 mm |
| S99-003 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 95 x 1,27 mm |
| S99-004 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 87 x 1,0 mm |
| S99-005 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 90 x 0,97 mm |
| S99-006 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 13 x 90 x 0,97 mm |
| S99-009 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 80 x 1,27 mm |
| S99-010 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 90 x 1,0 mm |
| S99-800 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 17 x 80 x 1,27 mm |
| S99-805 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 80 x 1,27 mm |
| S99-820 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 90 x 1,27 mm |
| S99-835 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 19 x 80 x 1,27 mm |
| S99-840 | Lâmina para Serra Sagital De Soutter Prismática 25 x 90 x 0,97 mm |

**Advertências e precauções**

- As lâminas da familia de Lâminas Cirúrgicas De Soutter somente devem ser utilizadas após uma análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura das instruções de uso do produto.
- O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas, com conhecimento e capacitação específica, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada.
- As lâminas devem ser utilizadas especificamente para os fins propostos.
- As lâminas devem ser utilizadas com os motores cirurgicos apropriados, segundo as instruções fornecidadas no Manual de Operação do equipamento.
- Para utilização do produto, o cirurgião deve estar familiarizado e treinado, sendo capaz de operá-lo sem nenhum risco ao paciente.
- O cuidado com este material é de responsabilidade do pessoal habilitado, e deve seguir as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis.
- Não utilizar o produto se estiver com a embalagem violada.
- Não utilizar o produto com data de validade vencida.
- Recomendável uso único.
- Os produtos não devem ser utilizados para finalidades diferentes daquelas para as quais foram projetados
- As lâminas devem ser examinadas cuidadosamente antes do uso.
- O produto é fornecido na condição de produto estéril. Verificar data de validade.
- A reutilização não é recomendada porque não é possível se determinar quando a lâmina perde a afiação, além disso o operador deve desenvolver métodos de limpeza e esterilização para reuso, que não são recomendados pelo fabricante.
- O pessoal envolvido na utilização do produto deve adotar procedimentos e cuidados contra perfurações com material perfuro cortante.

**Efeitos adversos**

Não se aplica

**Instruções de uso**

As lâminas de serra são acompladas aos motores cirurgicos conforme as instruçoes fornecidas no Manual de Operaçoes do motor cirurgico.

O motor cirurgico é acionado e a lâmina de serra pode realizar o corte ósseo planejado.

As lâminas são de uso único e devem ser descartadas após seu uso.

**Esterilização**

O produto é disponibilizado para comercialização na condição de estéril. O método de esterilização adotado é a esterilização por radiação gama (dose 25 kGy).

A fabricação do produto é realizada com grande cuidado, de modo a atender o desempenho pretendido para o produto. Desta forma, a equipe cirúrgica e os demais envolvidos devem manipular os dispositivos adequadamente para que sejam minimizados os riscos de infecção.

Produto estéril – não reesterilizar.

Não utilize o produto se estiver com a embalagem danificada.

**Armazenamento e Transporte**

Para o armazenamento, recomenda-se local seco e arejado, sem exposição à incidência de luz, à umidade ou à substâncias contaminantes.

O produto não devem ser armazenados diretamente ao chão. Assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com altura mínima de 20 cm.

Por tratar-se de um produto estéril, a temperatura e a umidade do local de armazenamento devem ser monitoradas e mantidas abaixo de 40ºC.

O produto deve ser transportado adequadamente, evitando-se quedas e atrito que possam danificar a estrutura e a superfície das peças.

Por tratar-se de um produto estéril, a temperatura e a umidade do local de armazenamento devem ser monitoradas e mantidas abaixo de 40ºC.

As Lâminas Cirúrgicas De Soutter devem ser utilizadas com os motores cirúrgicos, segundo as instruções fornecidas no Manual de Operação do equipamento.

Para utilização do produto, o cirurgião deve estar familiarizado e treinado, sendo capaz de opera-lo sem nenhum risco ao paciente.

Produto fornecido na condição de material estéril.

A abertura da embalagem para utilização cirúrgica somente deverá ser feita por pessoal habilitado para este procedimento.

Manipular com cuidado.

**Outras informações**

**Fabricado por:**

De Soutter Medical Limited

Halton Brook Business Park, Weston Road, Aston Clinton, Aylesburry, Buckinghamshire

Inglaterra (Reino Unido)

**Importado por:**

**MDT – Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA**

**Endereço:** Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP – Brasil

**CEP:** 13.505-600

**Fone/Fax:** (55-19) 2111-6500

**CNPJ:** 01.025.974/0001-92

**Responsável Técnico:** José Antonio Maximo – CREASP: 0601114153

**Registro ANVISA nº.:** 10417940201

**Revisão:** 00

**Emissão:** 14/01/2018

# ALERTA
# INSTRUÇÃO DE USO

Estas INSTRUÇÕES DE USO são disponibilizadas em formato não impresso, através do endereço eletrônico do fabricante www.mdt.com.br.

As INSTRUÇÕES DE USO estão indexadas no *site* através do NÚMERO REGISTRO/ CADASTRO ANVISA e respectivo NOME COMERCIAL do produto, informados no rótulo do produto adquirido.

Todas AS INSTRUÇÕES DE USO disponibilizadas no *website* possuem a identificação da revisão e data de emissão do documento. Sendo que o usuário deve atentar-se para a correta versão (revisão e data de emissão) do documento em relação à DATA DE FABRICAÇÃO informada no rótulo do produto adquirido.

Caso seja de interesse do usuário, as INSTRUÇÕES DE USO poderão ser fornecidas em formato impresso, sem custo adicional. Sendo que a solicitação das mesmas deverá ser realizada junto ao CAP (Canal de Atendimento ao Público) do fabricante, informado a seguir:

**Canal de Atendimento ao Público – CAP:**

**Telefone:** +55 19 2111.6500

**FAX:** +55 19 2111.6500

http://www.mdt.com.br/contato

Avenida Brasil, 2983 – Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio Claro – São Paulo – Brasil

**Horário de atendimento:** 8hs às 17hs, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.