Instrução de Uso

Cage Intersomático

Legendas dos símbolos utilizados nas embalagens

	Ecgendas des simboles		
REF	Número no catálogo		
	Data de Fabricação		
	Produto de uso único		
NON	Não estéril		
	Frágil, manusear com cuidado		

LOT	Código de lote			
Î	Consultar instruções de uso			
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada			
类	Manter ao abrigo do sol			
Ť	Manter seco			

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cages para fusão de coluna

Nome Comercial: Cage Intersomático

Modelos Comerciais:

- Cilindro de Fusão Ti (Furação Oval);
- · Cilindro Gaiola;
- Cilindro de Fusão Ti (Furação Redonda);
- · Cilindro S Cervical;
- Cage de Fusão;
- Cage Intersomático Autobloqueante Flap Interno Fusimax;
- Cage Intersomático Autobloqueante Flap Externo Fusimax;
- Cage Intersomático Cervical;
- · Cage Intersomático Lombar;
- Cage Intersomático Auto Rosqueante;
- · Cage Intersomático Retangular Fusimax;
- Espaçador Intervertebral Posterior Titânio;
- Cage Intersomático Anterior Fusimax Ti;
- Cage Intersomático Lateral Fusimax Ti;
- Espaçador Intervertebral Transforaminal;

Acessórios:

- Parafuso para Anel de Reforço;
- Anel de Reforço para Cilindro de Fusão;
- · Cilindro para Cage Intersomático Anterior Fusimax;
- Parafuso para Cage Intersomático Anterior Fusimax;

Matéria Prima: Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)

Produto Não Estéril

Método de Esterilização: Esterilização por calor úmido (autoclave)

Validade: Indeterminado

Descrição

Os modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático consistem em dispositivos implantáveis aplicáveis aos segmentos cervical e toráco-lombar, invasivos cirurgicamente de utilização em longo prazo utilizados em procedimentos cirúrgicos para estabilização da coluna vertebral.

O produto constitui uma cápsula com as paredes laterais vazadas ou não, construído a partir da liga de titânio (Ti-6Al-4V), apresenta-se em formatos específicos conforme a sua indicação de uso.

O produto tem por finalidade o preenchimento e manutenção do espaço intersomático, após a realização de procedimentos de discectomia da coluna vertebral.

O princípio do funcionamento dos implantes é a manutenção do espaço intersomático e o suporte de cargas de compressão a que estão submetidos os segmentos cervical e tóraco-lombar da coluna vertebral, até que ocorra a fusão óssea (artrodese) entre o enxerto ósseo contido em seu interior e o segmento vertebral instrumentado.

O produto se caracteriza por ser biocompatível, adaptar-se à geometria óssea da coluna vertebral e por suportar esforços mecânicos na proporção exigida, apresentando módulo de elasticidade e interfaces com o osso, adequados para a transmissão de cargas.

A família do Cage Intersomático é apresentada nos seguintes modelos comerciais:



São acessórios do modelo comercial <u>Cilindro de Fusão</u>, os componentes: Anel de Reforço e seu respectivo parafuso e do modelo comercial <u>Cage Intersomático Anterior Fusimax</u>, os componentes: Cilindro e Parafuso para Cage Intersomático Anterior Fusimax, cuja finalidade é reforçar o produto para o suporte de cargas.



Composição

Os materiais selecionados para a composição do produto apresentam as propriedades requeridas para atingir o desempenho pretendido para os modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático (ver descrição do desempenho pretendido para o produto no item 1.6 desse relatório). Essa seleção considerou fatores como a biocompatibilidade e propriedades físicas, químicas e mecânicas requeridas para o produto.

Os modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático são fabricadas a partir da liga de titânio (Ti-6Al-4V) devido às suas propriedades que o torna um material ideal para a produção de dispositivos médicos implantáveis. Suas principais propriedades são a biocompatibilidade e resistência mecânica.

A liga de titânio (Ti-6Al-4V) utilizada para a fabricação dos modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático cumpre os requisitos especificados pela norma ASTM F-136 – Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI (Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (UNS R56401).

Caracterizada como uma liga com propriedades mecânica e metalúrgica favoráveis para esse fim, a liga de titânio (Ti-6Al-4V) especificada pela norma ASTM F-136, apresenta biocompatibilidade comprovada por um vasto histórico amplamente descrito na literatura mundial.

Indicação e Finalidade

Utilizados para correção de doenças degenerativas ou congênitas na coluna vertebral para artrodese e manutenção do espaço intervertebral. Os cages intersomáticos são indicados para os casos de hérnia de disco, deformidades, tumores, fraturas, substituição de discos e restauração do espaço intervertebral

O produto aqui descrito foi desenvolvido para utilização nas circunstâncias acima descritas, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico.

Contraindicação

A seguir, estão listadas as contraindicações relativas à utilização do produto, ficando a cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação do procedimento cirúrgico:

- Pacientes com infecções ativas gerais ou específicas que possam levar a complicações com a fixação;
- Pacientes com estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico;
- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, sendo que nestes casos testes deverão ser realizados;
- Pacientes com osteoporose avançada e/ou outras afecções ósseas que possam comprometer a estabilidade da fixação;
- Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo;

Forma de Apresentação

Os modelos comerciais que compõem a família do Cage Intersomático são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente na condição de não estéril em dupla embalagem plástica de polipropileno.

Dentro da segunda embalagem segue um folheto, contendo as informações necessárias para obtenção das instruções de uso eletrônica.

Sobre a embalagem é colado um rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto.

A família de Cage Intersomático é apresentada nos seguintes modelos comerciais, sendo que cada um desses modelos comerciais é disponibilizado para comercialização nas seguintes dimensões:

Relação dos modelos comerciais e acessórios que compõem a família de Cage Intersomático

Imagem Ilustrativa	Código	Modelo Comercial	Dimensões	Material de Fabricação	Qtde Embalada
	04.36.03.XXXXX	Cilindro de Fusão Ti (Furação Oval)	Ø 12 mm – 15, 17, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm; Ø 16 mm – 15, 17, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm; Ø 20 mm – 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm; Ø 28 mm – 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.36.03.XXXXX	Cilindro Gaiola	Ø 12 mm – 82 mm; Ø 15 mm – 82 mm; Ø 20 mm – 82 mm; Ø 25 mm – 82 mm; Ø 30 mm – 82 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.36.04.XXXX	Cilindro de Fusão Ti (Furação Redonda)	Ø 09 mm – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm; Ø 10 mm – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm; Ø 11 mm – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm; Ø 12 mm – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm; Ø 13 mm – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm; Ø 14 mm – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 mm; Ø 15 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 18 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 20 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 23 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 25 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 25 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 28 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 28 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 30 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 30 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 30 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm; Ø 30 mm – 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 82 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.36.04.XXXXX	Cilindro S Cervical	Ø 10 mm – 80,5 mm; Ø 12 mm – 80,5 mm; Ø 14 mm – 80,5 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01

	04.36.15.XXXXX	Cage de Fusão	05.0x11x13, 05.5x11x13, 06.0x11x13, 06.5x11x13, 07.0x11x13, 08.0x11x13, 10.0x13x15;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
(a)	04.36.20.XXXXX	Cage Intersomático Autobloqueante Flap Interno Fusimax – Ti	05x09x14, 05x12x14, 05x14x14 mm; 06x09x14, 06x12x14, 06x14x14 mm; 07x09x14, 07x12x14, 07x14x14 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
PARCEL	04.36.31.XXXXX	Cage Intersomático Autobloqueante Flap Externo Fusimax – Ti	05x09x14, 05x12x14, 05x14x14 mm; 06x09x14, 06x12x14, 06x14x14 mm; 07x09x14, 07x12x14, 07x14x14 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
Ø	04.36.14.XXXXX	Cage Intersomático Cervical	Ø 07 mm – 12, 14 mm; Ø 08 mm – 12, 14 mm; Ø 09 mm – 12, 14 mm; Ø 10 mm – 12, 14 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.36.13.XXXXX	Cage Intersomático Lombar	Ø 10 mm – 20, 25, 30 mm; Ø 12 mm – 20, 25, 30 mm; Ø 14 mm – 20, 25, 30 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.36.18.XXXXX	Cage Fusimax Auto Rosqueante	Ø 08 mm – 25, 30 mm; Ø 10 mm – 25, 30 mm; Ø 12 mm – 25, 30 mm; Ø 14 mm – 25, 30 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
04.36.16.XXXXX	Cage Intersomático Retangular Fusimax	10x08, 10x09, 10x10, 10x11, 10x12, 10x13 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01	
	04.36.16.XXXXX	Cage Intersomático Retangular Fusimax – Especial	10x07x20,10x08x20,10x09x20,10x10x20,10x11x20,10x12x20, mm; 10x08x40, 10x10x40, 10x12x40, 10x14x40 mm; 10x08x45, 10x10x45, 10x12x45, 10x14x45 mm; 10x08x50, 10x10x50, 10x12x50, 10x14x50 mm; 10x08x55, 10x10x55, 10x12x55, 10x14x55 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.36.19.XXXXX	Cage Intersomático Retangular Fusimax – Especial	20x08x40, 20x10x40, 20x12x40, 20x14x40 mm; 20x08x45, 20x10x45, 20x12x45, 20x14x45 mm; 20x08x50, 20x10x50, 20x12x50, 20x14x50 mm; 20x08x55, 20x10x55, 20x12x55, 20x14x55 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
Trans.	04.26.47.VVVV	Cage Intersomático Retangular Fusimax Angulado 5º	10x8.5, 10x9.5, 10x10.5, 10x11.5, 10x12.5, 10x13.5 mm;	Liga de Titânio	01
04.3	04.36.17.XXXXX	Cage Intersomático Retangular Fusimax Angulado 5º - Especial	10x8.5x20, 10x10.5x20, 10x12.5x20, 10x13.5x20 mm	(Ti-6Al-4V)	
	04.36.08.XXXXX	Cage Intersomático Lombar Retangular Fusimax – Raiado	06x08, 07x09, 08X09, 08x10, 09x11, 10x12, 11x13, 12x14 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01

	04.36.05.XXXXX		6.5, 08, 8.7, 10, 10.8, 12, 12.2, 14 mm;	Liga de Titânio	01
ommit.	04.36.12.XXXXX	Titânio	08x20, 10x20 mm;	(Ti-6Al-4V)	01
	07.36.21.XXXXX	Cage Intersomático Anterior	08x20, 08x25, 08x30 mm;		
07	07.00.21.70000	Fusimax Ti Paralelo	10x20, 10x25, 10x30 mm;		
	07.36.22.XXXXX	Cage Intersomático Anterior	10x20, 10x25, 10x30 mm;	Liga de Titânio	01
	0.10012200000	Fusimax Ti 05°	12x20, 12x25, 12x30 mm;	(Ti-6Al-4V)	j .
	07.36.11.XXXXX	Cage Intersomático Anterior Fusimax Ti 10 °	12x20, 12x25, 12x30 mm;		
Chin		Cage Intersomático Anterior	14x20, 14x25, 14x30 mm; 14x20, 14x25, 14x30 mm;	Liga de Titânio	
	07.36.12.XXXXX	Fusimax Ti 15 °	16x20, 16x25, 16x30 mm;	(Ti-6Al-4V)	01
		Cage Intersomático Anterior	17x20, 17x25, 17x30 mm;	Liga de Titânio	
		Fusimax Ti 30°	18x20, 18x25, 18x30 mm;	(Ti-6Al-4V)	01
	04.36.81.XXXXX	Cage Intersomático Anterior	20x22, 20x25, 20x30 mm;	Liga de Titânio	0.4
		Fusimax Ti 40°	24x25, 24x30 mm;	(Ti-6Al-4V)	01
	04.36.09.XXXXX	Cage Intersomático Lateral Fusimax Ti 05 °	10x45, 12x45, 14x45 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.36.10.XXXXX	Cage Intersomático Lateral Fusimax Ti 10 °	10x45, 12x45, 14x45 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
63	04.36.10.XXXXX	Espaçador Intervertebral Transforaminal	08, 10, 12 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
			Acessórios		
Imagem Ilustrativa	Código	Modelo Comercial	Dimensões	Material de Fabricação	Qtde Embalada
0	04.40.03.XXXXX	Anel de Reforço para Cilindro de Fusão	Diâmetro – 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.24.25.00000	Parafuso para Anel de Reforço	Único;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.24.25.00001	Parafuso para Anel de Reforço – Cross Drive	Único;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.36.76.XXXXX	Cilindro para Cage Intersomático Anterior Fusimax	M08 – 21, 27, 33 mm; M09 – 21, 27, 33 mm; M10 – 21, 27, 33 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01
	04.43.05.450XX	Parafuso para Cage Intersomático Anterior Fusimax	Ø 4.5 mm – 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm;	Liga de Titânio (Ti-6Al-4V)	01

A correta seleção dos modelos e medidas dos Cages Intersomáticos a serem implantados é responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo esse estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado;

O êxito do procedimento está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação dos dispositivos, que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os implantes a serem utilizados. Está vinculado também ao rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.

Material de Apoio

Os materiais de apoio são os instrumentais designados unicamente para implantação dos modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático supracitada.

Esses instrumentais são fabricados em aço inoxidável que lhes fornecem alta resistência e durabilidade, conforme requisitos especificados pela norma ASTM F-899 – Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments.

Os instrumentais abaixo não são objetos desse registro devendo, portanto, ser adquiridos separadamente e sempre do mesmo fabricante do implante ou por fabricante indicado por esse.

Veja relação abaixo dos instrumentais disponibilizados pelo fabricante ou por fabricante indicado por este para implantação dos modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático:

- Instrumental Cilindro de Fusão CTL
- Instrumental Sistema de Fusão Cervical Fusimax/ Fusifix
- Instrumental Cage Intersomático Cervical
- Instrumental Cage Intersomático Lombar
- Instrumental Cage Fusimax Auto Rosqueante
- Instrumental Sistema de Fusão Lombar Fusimax/ Fusifix
- Instrumental Cage Intersomático Anterior Fusimax (Cage on Cage)
- Instrumental Cage Intersomático Transforaminal Fusimax

Os instrumentais são fornecidos descontaminados, porém não esterilizados. Esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção.

Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgastes durante a sua utilização normal podendo, portanto quebrar-se. Os instrumentais devem ser utilizados somente para os fins a que se destinam, devendo ser inspecionados regularmente para verificação de possíveis desgastes e danos.

Para mais informações acerca do instrumental, consulte o representante.

Precauções e Advertências

Para a utilização do produto a equipe responsável deve considerar as seguintes advertências e precauções:

- O Cage Intersomático somente deve ser utilizado após uma análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura das instruções de uso do produto;
- O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas, com conhecimento e capacitação específica sobre as técnicas e procedimentos de fusão espinhal, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e domínio da técnica a ser aplicada;
- A fusão óssea da coluna vertebral é um procedimento cirúrgico de reconhecimento universal, sendo assim as indicações e o conhecimento sobre a técnica são de responsabilidade do cirurgião, restringindo-se a ele, portanto estas instruções a esclarecimentos sobre detalhes e particularidades dos implantes.
- A seleção e escolha inadequada dos implantes a serem utilizados bem como erros na indicação, manipulação e técnica de aplicação, podem provocar tensões e trações excessivas sobre o implante, podendo acarretar a falência por fadiga e fratura dos mesmos.
- A utilização do Cage Intersomático sempre deve estar associada à enxertia óssea;
- Os resultados clínicos e a durabilidade dos implantes são extremamente dependentes de que haja uma técnica cirúrgica precisa;
- O procedimento cirúrgico para fusão óssea intersomática apresenta riscos de lesões vasculares, viscerais, neurais, pseudoartrose, entre outros;
- A utilização em pacientes com predisposição a desobedecer as orientações médicas e restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do implante;
- Os riscos de falha do implante são maiores em pacientes que exerçam atividades de esforços ou que praticam atividades esportivas durante o período pós-operatório contrariando a indicação médica;
- As complicações pós-operatórias representam um risco maior quando da utilização do produto em pacientes com obesidade mórbida;

- O Cage Intersomático não deve ser utilizado caso não se consiga um suporte ósseo adequado que garanta a estabilidade do implante;
- O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante e do osso adjacente;
- A critério médico pode-se fazer uso de antibioticoterapia profilática pré e perioperatória, bem como antibioticoterapia em casos onde haja predisposição local e/ou sistêmica ou onde haja ocorrência de infecções;
- O implante n\u00e3o deve ser utilizado com componentes de outros fabricantes ou finalidade. A combina\u00e7\u00e3o de implantes de fabricantes ou finalidades distintas pode resultar incongru\u00e9ncia entre os componentes;
- Os cuidados com este material são de responsabilidade de pessoal habilitado, os quais devem seguir normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis;
- Quedas ou esmagamento sobre superfícies duras podem causar danos ao produto. Dessa forma faz-se necessário que o usuário realize uma inspeção do produto, quanto a sua integridade quando da abertura da embalagem e, se for observada alguma anormalidade, o produto não deverá ser utilizado;
- A abertura da embalagem para utilização cirúrgica somente deverá ser feita por pessoal habilitado a realizar esse procedimento;
- Não utilize o produto se estiver com a embalagem violada;
- Manipule com cuidado:
- Produto de uso único NÃO REUTILIZAR:
- O produto nunca deve ser reutilizado, embora possa parecer não estar danificado, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos podem originar imperfeições que reduziriam o tempo de vida útil do produto num reimplante;
- Produto N\u00e3o Est\u00e9ril Deve ser esterilizado antes da utiliza\u00e7\u00e3o e manipulado corretamente de forma a evitar contamina\u00e7\u00e3o;
- Esterilização inadequada do produto pode causar infecção;
- Data de fabricação, prazo de validade e nº do lote: vide rótulo.

Efeitos adversos

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidades de complicações, sendo que alguns riscos comuns são as infecções, sangramentos, reações alérgicas medicamentosas e riscos anestésicos, entre outros, podendo ser ainda associadas à implantação do produto, as seguintes complicações e efeitos adversos:

- Riscos de lesões vasculares, viscerais e neurais;
- Ausência ou retardo da fusão óssea (pseudo-artrose) que resulte em rompimento do implante;
- Afrouxamento, deslocamento ou quebra do implante;
- Deformação ou fratura do implante;
- Fratura de partes das vértebras;
- Dores, desconfortos ou sensações anormais devido ao produto;
- Reação a corpo estranho;
- Necrose óssea ou de tecidos moles adjacentes;
- Quebra do dispositivo que possa tornar a remoção difícil ou impraticável.

A fixação da coluna em qualquer nível é um procedimento cirúrgico de reconhecimento universal, entretanto a fusão óssea de um ou mais segmentos motores vertebrais pode causar sobrecarga sobre os níveis adjacentes.

Instruções de uso

Para a correta utilização do produto, as seguintes instruções devem ser adotadas:

 Os cuidados com este material são de responsabilidade de pessoal habilitado, os quais devem seguir normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis;

- O produto deve ser manipulado com os devidos cuidados em ambientes adequados (centros de materiais e salas cirúrgicas);
- O produto somente deve ser utilizado por equipes cirúrgicas especializadas, com conhecimento e capacitação específica sobre as técnicas e procedimentos de fusão espinhal, sendo responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada;
- A vida útil do implante é caracterizada pelo tempo necessário para efetivação da fusão óssea, limitando-se ao prazo máximo de 01 (um) ano. Após esse período, em caso de ausência ou problemas com a consolidação óssea (pseudoartrose), estas podem representar um risco de falha do implante por excesso de solicitação mecânica;
- Poderá ser necessária a realização da cirurgia de revisão, no caso acima citado ou caso seja observada a soltura de componentes;
- Para a aplicação do Cage Intersomático é necessário o uso de instrumental específico, indicado no tópico "Material de Apoio", não devendo, devido a possibilidade de incompatibilidade dimensional e/ou funcional, ser utilizado com outros instrumentos que não os indicados pelo fabricante;

Orientações ao Paciente e/ou ao Representante Legal

A equipe cirúrgica responsável deve orientar o paciente e/ou seu representante legal sobre:

- Os cuidados adequados e as restrições durante o período pós-operatório. A capacidade e a vontade do paciente em seguir essas orientações constituem um dos aspectos mais importantes em um procedimento cirúrgico na coluna vertebral;
- O fato de que os riscos são maiores quando da utilização em pacientes com predisposição a desobedecer as orientações médicas, cuidados e restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos;
- Deve-se fazer compreender completamente e alertar ao paciente que o implante é usado com a finalidade de fixação enquanto o enxerto ósseo não esteja totalmente integrado e não possui o desempenho do osso normal e, que, portanto pode quebrar-se, deformar-se ou soltar-se em decorrência de esforços ou atividades excessivas de movimento e carga precoce e outras situações;
- A necessidade de restrição da realização de atividades de esforços ou práticas esportivas durante o período pós-operatório, cuja extensão é definida pelo cirurgião responsável;
- O aumento do risco de complicações pós-operatórias em pacientes com obesidade mórbida;
- A necessidade da utilização, exclusivamente a critério médico, de suportes externos, auxílio para deambular e aparelhos ortopédicos, projetados para limitar movimentos e/ou a carga;
- A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, do osso e dos tecidos adjacentes;
- O fato de que a não realização da cirurgia da revisão em prazo superior a 01 (um) ano, nos casos em que não ocorreu a fusão óssea (pseudoartrose) pode levar o implante a falência mecânica;
- A necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura dos componentes;
- O fato de que os implantes podem interferir nos resultados dos exames por imagens. Desta forma, portadores de implantes devem informar esse fato quando da realização de tais exames:
- As informações listadas neste tópico "Orientações ao Paciente e/ou ao Representante Legal" e no tópico "Efeitos Adversos".

Esterilização

Os modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático são fornecidos na condição de produto não estéril, devendo ser retirado de sua embalagem original e acondicionado em recipiente apropriado para esterilização (fornecido pelo fabricante) antes da sua utilização.

O método de esterilização indicado para a esterilização dos cages é a esterilização por calor úmido (autoclave).

Os implantes são fornecidos descontaminados pelo fabricante, porém devem ser manipulados e esterilizados adequadamente, conforme instruções abaixo, de forma a evitar a contaminação do implante e conseqüente infecção ao paciente.

Parâmetros de esterilização

A esterilização dos modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático deve ser realizada conforme parâmetros descritos na tabela abaixo:

Método	Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Calor úmido (autoclave)	Pré-Vácuo Esterilização (Vácuo) Secagem	134º à 137º	10 minutos

O processo de esterilização deve atender a probabilidade teórica da presença de microorganismos vitais de no máximo 1 sobre 10⁻⁶ (S.A.L. [Sterility Assurance Level] nível de garantia esterilidade = 10⁻⁶).

As condições do equipamento (autoclave) utilizado durante o processo de esterilização (programa de calibração, manutenção, etc), bem como a garantia da utilização de um processo de esterilização adequado e a comprovação da esterilidade do produto é responsabilidade do pessoal habilitado (central de material) do serviço de saúde.

Limpeza

Os procedimentos de limpeza descritos a seguir se aplicam aos implantes e aos seus respectivos instrumentais cirúrgicos.

Quando da utilização dos cages, esses devem ser removidos de suas embalagens e lavados com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%.

Após a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

Se o processo de limpeza for realizado em equipamentos termodesinfectores com o auxilio de substâncias desincrustantes, as orientações do fabricante destes devem ser adotadas.

Risco de Contaminação

Por tratar-se de um produto implantável, nos casos em que haja a necessidade da explantação dos modelos comerciais que compõem o Cage Intersomático existem riscos de contaminação biológica e transmissão de doencas virais.

De modo a minimizar esses riscos, os cages explantados devem ser tratadas como material potencialmente contaminante, devendo-se adotar as normalizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis.

Descarte do Produto

Os modelos comerciais que compõem a família de Cage Intersomático explantados ou considerados inadequados para o uso devem ser descartados. Recomenda-se que, antes do descarte, o produto seja descaracterizado, para tal as peças podem ser cortadas, entortadas ou limadas.

Os implantes devem ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

Produto de uso único - não reutilizar.

Rastreabilidade

Para garantir a rastreabilidade do produto implantado, e cumprir com os requisitos de vigilância sanitária, o cirurgião ou sua equipe devem manter no prontuário do paciente as informações acerca do produto implantado. Além disso, essas informações devem ser também repassadas ao distribuidor do produto e ao paciente, de modo a completar o ciclo de rastreabilidade do produto implantado. As informações necessárias para rastreabilidade são as relativas ao produto utilizado, à cirurgia e ao paciente, conforme abaixo:

- Nome do paciente que recebeu o implante;
- Nome do cirurgião;
- Nome do hospital;

- Nome do fabricante;
- Nome do fornecedor;
- · Data da cirurgia;
- Código do produto;
- Número de lote do produto;
- Quantidades utilizadas;
- Nº do registro do produto na ANVISA;

O cirurgião responsável e sua equipe devem fazer uso das etiquetas de rastreabilidade fornecidas, em cinco (05) vias, na embalagem do produto, colando-as no prontuário do paciente para manutenção da rastreabilidade do produto implantado. Além disso, uma dessas etiquetas deve ser fornecida ao paciente para que esse tenha informações a respeito do produto implantado em seu procedimento cirúrgico.

Nas etiquetas de rastreabilidade constam as seguintes informações necessárias para a rastreabilidade do produto:

- Identificação do fabricante;
- · Código do produto;
- Nº de lote do produto;
- Descrição do produto (em três idiomas Português, Inglês e Espanhol);
- Quantidade;
- Nº do registro na ANVISA;
- · Nome técnico;
- Nome comercial do produto;

As informações de rastreabilidade são necessárias para notificação pelo serviço de saúde e/ou pelo próprio paciente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e ao fabricante, quando da ocorrência de eventos adversos graves, para a condução das investigações cabíveis.

Armazenamento e Transporte

Para o armazenamento, recomenda-se local seco e arejado, sem exposição à incidência de luz, à umidade ou à substâncias contaminantes.

Os implantes não podem ser armazenados diretamente sobre o chão. Assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com altura mínima de 20 cm.

O produto deve ser mantido em suas embalagens originais até o momento de sua utilização, sendo que a abertura da embalagem para utilização cirúrgica e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento.

O produto deve transportado adequadamente, evitando-se quedas e atritos que possam danificar a estrutura e a superfície da peça.

Para informações acerca da data de fabricação e nº. do lote: vide rótulo.

Outras informações

Fabricado e distribuído por:

VINCULA Indústria Comércio Importação e Exportação de Implantes SA

Endereço: Av. Brasil, nº. 2983 – Distrito Industrial – Rio Claro/SP

CEP: 13.505-600

Fone/Fax: (55-19) 2111-6500 CNPJ: 01.025.974/0001-92

Responsável Técnico: Rodrigo Henrique de Souza Botelho – CREA: 5063229617

Registro ANVISA nº: 10417940059

Versão: 1.006

Emissão: 28/11/2018

Layout do ALERTA (Folheto) que acompanha o produto e contém instruções para consulta das Instruções de Uso no site e para a solicitação das Instruções de Uso impressas



ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN nº 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para a obtenção das INSTRUÇÕES DE USO em formato eletrônico no site do fabricante do produto.

As INSTRUÇÕES DE USO apresentam informações claras e detalhadas sobre as características do produto, precauções e advertências, instruções para o uso seguro, obrigatoriedade de uso por médico cirurgião habilitado, bem como sobre os tamanhos disponíveis para comercialização, a fim de evitar manipulações errôneas. As restrições para combinações de modelos de outras marcas ou fabricantes também se encontram indicadas nas INSTRUÇÕES DE USO do produto.

O documento contendo as INSTRUÇÕES DE USO para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.vincula.com.br

As INSTRUÇÕES DE USO estão indexadas no website através do NÚMERO REGISTRO/ CADASTRO ANVISA e respectivo NOME COMERCIAL do produto, informados no rótulo do produto adquirido.

Todas as INSTRUÇÕES DE USO disponibilizadas no site possuem a identificação da versão do documento, Sendo que o usuário deve atentar-se para a correta versão do documento em relação a versão informada no rótulo do produto adquirido.

Caso seja de interesse do usuário, as INSTRUÇÕES DE USO poderão ser fornecidas em formato impresso, sem custo adicional. Sendo que a solicitação das mesmas deverá ser realizada junto ao CAP (Canal de Atendimento ao Público) do fabricante, informado a seguir:

Canal de Atendimento ao Público - CAP:

Telefone:+55 19 2111.6500 FAX:+55 19 2111.6500 E-mail: cap@vincula.com.br

Avenida Brasil, 2983 - Distrito Industrial CEP: 13505-600 | Rio

Claro - São Paulo - Brasil

Horário de atendimento: 8hs às 17hs, de segunda à sexta-feira,

exceto feriados.

Versão: 1.2

Emissão: xx/xx/2018



MDT*- INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORT. E EXPORT. DE IMPLANTES SA Av. Brasil, 2983 - Dt. Industrial I 13505-600 - Rio Claro / SP - Brasil Tel./Fax. '55 (19) 2111.6500 | www.mdt.com.br

Instrução de Uso disponível em:

www.vincula.com.br